

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
n-Vinyl-2-pyrrolidone	88-12-0
N-méthyl-2-pyrrolidone	872-50-4
n-Vinyl-2-pyrrolidone	88-12-0
N-Ethyl-2-pyrrolidone	2687-91-4

## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_ ■ TUBE 70 mm diam 4 mm

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ ■ RESINE XAD7®

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) \_\_\_\_\_ 80

Quantité de support dans la plage de garde (mg) \_\_\_\_\_ 40

### Préparation du substrat :

Résine Amberlite XAD7 nettoyée pendant 4 heures au méthanol à l'aide d'un extracteur de Soxhlet puis étuvée à 100°C.

### Commentaires, conseils, consignes :

Les plages sont séparées et maintenues par des tampons de laine de verre



## Conditions de prélèvement

Débit (L/min) \_\_\_\_\_ 0,5

Temps de prélèvement maximum \_\_\_\_\_ 4

## Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,1 à 3,5 L/min