

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Quartz;Cristobalite;Tridymite; Silice cristalline	14808-60-7;14464-46-1;15468-32-3;

Nombre d'éléments (dispositifs) composant le dispositif en série

1


Dispositif de prélèvement

- Type de dispositif _____
- CASSETTE 25 mm 2 pièces
 - SELECTEUR de PARTICULES ALVEOLAIRES (CycloneDORR-OLIVER)
- Support ou substrat de collecte _____
- FILTRE PVC Acrylonitrile
 - TAMPON EN CELLULOSE

Préparation du substrat :

Les filtres PVC sont tarés avec repérage des faces.

Commentaires, conseils, consignes :



Ne pas retourner le cyclone tant que le système porte-filtre est solidaire de l'ensemble.

Conditions de prélèvement

Débit (L/min) _____ 1,7

Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 1 à 5 L/min compensant les fortes pertes de charges (sup, à 20 pouces d'eau)