

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
1,1-Dichloro-1-fluoroéthane	1717-00-6

## Dispositif de prélèvement

Type de dispositif \_\_\_\_\_ ■ TUBE 150 mm diam 8 mm

Support ou substrat de collecte \_\_\_\_\_ ■ CHARBON ACTIF

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) \_\_\_\_\_ 900

Quantité de support dans la plage de garde (mg) \_\_\_\_\_ 300

Préparation du substrat :

Commentaires, conseils, consignes :



## Conditions de prélèvement

Débit (L/min) \_\_\_\_\_ 0,1

15 minutes (VLEP-CT possible dans ces conditions) \_\_\_\_\_ oui

Particularités, commentaires, conseils :

Volume maximum 10 L. Ces conditions doivent être respectées pour éviter le claquage des tubes ou une migration de la substance de la première plage vers la deuxième.

## Pompe de prélèvement

■ Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min