

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom	Numéro CAS
Trichloroéthylène	79-01-6

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ TUBE 70 mm diam 4 mm

Support ou substrat de collecte _____ ■ CHARBON ACTIF

Quantité de support dans la plage de mesure (mg) _____ 100

Quantité de support dans la plage de garde (mg) _____ 50

Commentaires, conseils, consignes :



Conditions de prélèvement

Débit (L/min) _____ 0,05

Temps de prélèvement maximum en heures _____ 8

Particularités, commentaires, conseils :

Pour piéger une quantité plus importante de substance sur le support, il est possible de prélever à 0,2 L/min sur 15 minutes, notamment pour un contrôle de la VLCT.

Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 0,02 à 0,5 L/min